

Tabelle 3.12 - Prothesenwechsel nach Hauptgrund für Wechsel der Prothese und Art der Revision - Land Jahre 2010 - 2019 - Stand 31. Dezember 2019

Hauptgrund für Wechsel der Prothese	totale Substitution	Art der Revision				Gesamt	%
		Teil-Substitution	Einbau nach Ausbau	Ausbau			
Aseptische Schaftlockerung	37	235	2	-	274	21,7	
Aseptische Pfannenlockerung	10	185	1	-	196	15,6	
Infektion	29	45	33	47	155	12,3	
Periprothesische Fraktur	25	121	-	-	146	11,6	
Luxation	12	110	1	-	123	9,8	
Abrieb	23	83	1	-	107	8,5	
Schmerzhafte Prothese	16	58	2	-	76	6,0	
Aseptische Prothesenlockerung	36	8	-	-	44	3,5	
Ausbau	4	-	27	2	33	2,6	
Implantatabbruch: Inlay	1	29	-	-	30	2,4	
Osteolyse durch Abrieb	3	9	-	-	12	1,0	
Implantatabbruch: Hals	2	8	-	-	10	0,8	
Periprothesische Verkalkung	-	7	-	-	7	0,6	
Implantatabbruch: Schaft	2	4	-	-	6	0,5	
Implantatabbruch: Köpfchen	-	3	-	-	3	0,2	
Protrusion	-	1	-	-	1	0,1	
Andere	-	32	5	-	37	2,9	
Gesamt	200	938	72	49	1.260	100,0	

Quelle: Register der Gelenkprothesen der Autonomen Provinz Bozen

www.provinz.bz.it/gesundheit-leben/gesundheitsbeobachtung/

Pathologieregister - Hüftprothese

Ausgearbeitet durch die Beobachtungsstelle für Gesundheit - 05.06.2020